

红外线测温枪自查汇总表

序号	送检单位	设备名称	规格型号	量程范围	准确度及等级	厂家	设备编号	管理类别	有效日期	证书编号	是否在使用前进行验证
1	炼钢厂	红外线测温枪	PT120EC	(0~1600)℃	2%	DEKO	LG02	B	2022/11/24	温20211125LG02号	是
2	轧钢厂	红外线测温枪	AR862A+	(-50~600)℃	2%	SMART SENSOR	04497483	B	2022/8/2	温2021080304497483号	是
3	轧钢厂	红外线测温枪	AR852B+	(-50~700)℃	2%	SMART SENSOR	02766783	B	2022/5/13	温2021051402766783号	是
4	轧钢厂	红外线测温枪	AR862A	(-50~900)℃	2%	SMART SENSOR	ZG05	B	2022/10/14	温20211015ZG05号	是
5	炼铁厂	红外线测温枪	AR862A+	(-50~900)℃	2%	SMART SENSOR	4500998 (1t)	B	2022-10-31	温202111014500998号	是
6	炼铁厂	红外线测温枪	TD1350	(-50~1350) ℃	2%	泰克曼	X027316 (1t)	B	2022-03-04	温20210305X027316号	是
7	炼铁厂	红外线测温枪	AR862A+	(-50~900)℃	2%	SMART SENSOR	4501007 (1t)	B	2022-10-31	温202111014501007号	是
8	炼铁厂	红外线测温枪	TD1350	(-50~1350) ℃	2%	米莱科	X142010 (1t)	B	2022-07-26	温20210727X142010号	是

自查人：黎婷
2022. 1. 19