



编号: 0007-2018-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	盘锦辽油晨宇集团有限公司钻采设备分公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	螺距环规	12-1	M32×1.5-6h	$U=6\mu\text{m}$ $k=2$	$U=2\mu\text{m}$ $k=2$	辽宁省计量科学研究院	2021.1.8	√
生产车间	螺纹塞规	GD-07	M58*2-6HT	$U=3\mu\text{m}$ $k=2$	$MPE: \pm(0.7+L/2000)\mu\text{m}$	辽宁省计量科学研究院	2021.1.8	√
质管部	声级计	95090036	HS5633	2 级.	声压级: $U=0.4\text{dB}\sim 1.0\text{dB}$ $k=2$	辽宁省计量科学研究院	2021.1.8	√
生产车间	外径千分尺	92345	(75-100) mm	$\pm 4\mu\text{m}$	测微量具检定装置: 3 等、	辽宁省计量科学研究院	2021.1.8	√
生产车间	游标卡尺	4939	(0-300) mm	$\pm 0.02\text{mm}$	检定游标量具标准器组: 4 等	辽宁省计量科学研究院	2021.1.8	√
生产车间	百分表	21749	(0-3) mm	$\pm 14\mu\text{m}$	百分表检定仪标准装置: $MPE: 6\mu\text{m}$ (50mm 处)	辽宁省计量科学研究院	2021.1.8	√
质管部	万能拉力试验机	0559	WEW-1000B	示值相对误差 0.4%	0.1 级	辽宁省计量科学研究院	2021.1.8	√
质管部	洛氏硬度计	001	HR-150	示值误差: -0.4HRC	标尺 C: 均匀度 0.4HRC	辽宁省计量科学研究院	2021.1.13	√
质管部	电子天平	D1075438	PA1004	① 级	E2 等级	辽宁省计量科学研究院	2021.1.8	√



质管部	便携式超声波探伤仪	5403301 11001	CTS-9006	水平性线误差: 1%. 垂直性线误差: 1.1% 电噪声电平: 12%	频率准确度: 1.5×10^{-4} ; 衰减器衰减误差: (0.5%A $\pm$ 0.02) db A- 衰减量	辽宁省计量 科学研究院	2021. 11. 02	√
生产车间	压力表	6459151 2731	(0-60) MPa	1.6 级	0.05 级	辽宁省计量 科学研究院	2022. 1. 4	√
生产车间	螺距量规	142410	WRN	$U=6 \mu m$ $k=2$	数显校验仪 $U=5 \mu m k=2$	中国石油天然气集团公司 管材研究所石油管检测实验室	2021. 9. 7	√

审核综合意见:

企业已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》。该企业没有建立最高计量标准, 测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备委托有资质的辽宁省计量科学研究院及中国石油天然气集团公司管材研究所石油管检测实验室等单位检定/校准, 质管部负责保存测量设备的校准/检定证书。抽查企业 12 台测量设备均送至有相应资质的机构检定/校准, 测量设备符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 1 月 6 日

审核员签字:

部门代表签字: