



测量设备溯源抽查表

企业名称 江苏金彭集团有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测中心	电动洛氏硬度计	0171	200HRD-150	±1.5	洛氏硬度计检定装置 (0.4~1.4) HR	徐州市质量技术监督综合检验检测中心	2021.07.12	√
总装车间	耐压测试仪	26512	MS2671A	5 级	耐电压测试仪检定装置 MPE:电压: ±0.5%; 电流: ±0.5%; 时间: ±1%	徐州市质量技术监督综合检验检测中心	2021.06.29	√
检测中心	电液伺服减震器综合试验机	13-01	PWS-10	1.0 级	试验机检定装置 0.3 级	徐州市质量技术监督综合检验检测中心	2021.07.12	√
品质管理部	电子汽车衡	173824	SCS-120	III级	衡器检定装置 M1 等级	徐州市检验检测中心	2021.07.22	√
安全环保部	压力表	HC71351 408402	(0~1.6) MPa	1.6 级	0.05 级数字压力计标准装置 0.05%FS	徐州市检验检测中心	2021.10.14	√
结构车间	扭力扳手	JPJC118	17-340N. m	$U_{rel}=1.6\%$, $k=2$	标准扭矩检定装置 $U_{rel}=0.3\%$, $k=2$	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.03.05	√
总装车间	后视镜弯曲试验台	13102	WQSHY2 5-1	$U_{rel}=0.4\%$, $k=2$	标准测力仪 0.3%	苏州朗博校准检测有限公司	2021.03.05	√
品质管理部	脚踏力计	71103060	CHM3	±10N $U_{rel}=0.5\%$, $k=2$	标准测力仪 0.01%	珠海科量检测技术有限公司	2021.03.05	√
涂装车间	外径千分尺	E104036	(0~25) mm	$U=(0.20+2\times L)\mu m$, $k=2.7$	三等量块 3 等	珠海科量检测技术有限公司	2021.03.05	√



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由检测中心部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托“徐州市质量技术监督综合检验检测中心、徐州市检验检测中心(计量检定机构授权证书号:(苏)法计(2019)1003号)”、“广东省世通仪器检测服务有限公司(机构注册号 CNAS L3170)”、苏州朗博校准检测有限公司(机构注册号 CNAS L12420)”、珠海科量检测技术有限公司(机构注册号 CNAS L4465)”机构检定/校准,校准/检定证书由检测中心保存。抽查 9 台测量设备的校准证书,根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 1 月 13 日上午~1 月 14 日下午

审核员签字:

谢益生

部门代表签字:

孙永环