



测量设备溯源抽查表

企业名称	山东元明晴技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心	接地电阻测试仪	E13-20130220	ZC29B-1	$U_{rel} = 5.8\%$ $k=2$	接地电阻校准仪: 电流: $U_{rel} = 5 \times 10^{-4}, k=2$; 电阻: $U_{rel} = 1 \times 10^{-3}, k=2$	湖南航测检测技术有限公司	2021.09.02	√
技术中心	数字万用表	25938403545	F12E+	DCV: $\pm 8\text{mV}$ $U_{rel}=0.2\%, k=2$ ACV: $\pm 4.2\text{V}$ $U_{rel}=0.3\%, k=2$ DCI: $\pm 0.17\text{mA}$ $U_{rel}=0.3\%, k=2$ ACI: $\pm 0.17\text{mA}$ $U_{rel}=0.5\%, k=2$ R: $\pm 0.18\Omega$ $U_{rel}=0.2\%, k=2$	多用表校准系统: DCV: $U_{rel}=0.4\%, k=2$ DCI: $U_{rel}=0.8\%, k=2$ ACV: $U_{rel}=1.1\%, k=2$ ACI: $U_{rel}=0.6\%, k=2$ ACW: $U_{rel}=0.2\%, k=2$ R: $U_{rel}=0.2\%, k=2$ f: $U_{rel}=0.3\%, k=2$	湖南航测检测技术有限公司	2021.09.02	√
技术中心	便携式超声波流量计	20211208006	CL-2000B	指示流速: $U_{rel}=0.1\%, k=2$	手持式超声波流量计: 1.0 级 $U_{rel}=0.3\%, k=2$; 电子秒表: $U=0.01\text{s}, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.01.13	√
审核综合意见: 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,测量设备由技术中心负责溯源。测量设备全部委托湖南航测检测技术有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司进行校准,校准证书由技术中心保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 01 月 19 日上午~2022 年 01 月 19 日下午 审核员签字: 刘淑华 部门代表签字: 王斌								