



编号: 0050-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	宁波合力机泵股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 胡叶芬	
不符合事实描述: 检查企业的三项计量标准证书, 其中卡尺量具检定装置的计量标准考核证书中开展检定项目的测量范围 (0-300) mm, 而实际工作中, 企业的 0-500mm 的游标卡尺进行自检, 超检定范围检定, 不符合要求。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款。 7.3.2 条款			
不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ ;			
审核员(签名) 吴孝平 陪同人员(签名) 胡叶芬			
企业部门代表(签名) 王成			
日期: 2022.1.25			
纠正措施: 1. 对超计量标准考核证书测量范围的量具, 委托有资质的单位进行检定。 2. 查看其它量具, 是否还有类似问题, 一并整改好。 3. 对计量人员培训 GB/T 19022-2003 6.3.1 条款。			
企业部门代表签名: 王成		审核员签名: 吴孝平	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。			
审核组代表签名: 吴孝平		日期: 2022.1.25	

可另附页

