



受理编号: 0061-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	抽油杆抗拉强度检测	被测参数要求(含公差)	抗拉强度 (965-1195) MPa 相应的最大力 (274-338) kN		
被测参数要求识别依据文件	SY/5029-2013 《油杆抽》, JY/QD-JS-21 《抽油杆检验规范》				
计量要求导出方法: 1、测量参数公差范围: $T=64\text{kN}$; 2、测量设备的最大允许误差: $\Delta_{\text{允}} \leq T/3 = 64\text{kN}/3 = 21.3\text{kN}$ 3、被测参数测量范围: 技术要求抗拉强度 (965-1195) MPa, 相应的最大力 (274-338) kN, 则选择测量范围为 (0-1000) kN 的液压万能试验机进行检测。					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准证书编号	校准日期
	液压万能试验机 /0806657	KQC-1000B	$\pm 0.6\%$	D20210100256	2021.11.27
计量验证记录: 1、测量设备的测量范围为 (0-1000) kN, 满足导出计量要求测量范围 (274-338) kN 的要求; 2、测量设备的最大允许误差为 $0.6\% \times 1000\text{kN} = 6\text{kN}$, 满足导出计量要求最大允许误差 21.3kN 的要求; 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字:  验证日期: 2021 年 12 月 29 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备经校准; 5. 测量设备验证方法正确。 审核员意见:  企业代表签字:  审核日期: 2022 年 01 月 25 日					