



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	邢台顺企机械有限公司	陪同人员	董忠其
受审核部门	生产科	预计整改 完成日期	2022.3.10

不符合事实描述:

生产车间未能提供储气罐附件压力表,有效的检测证明。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李刚

审核组长: 李刚

受审核方代表: 陈东彩

日期: 2022.2.21

日期: 2022.2.21

日期: 2022.2.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施及附件, 措施有效

审核员: 李刚

日期: 2022.3.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产车间未能提供储气罐附件压力表,有效的检测证明。

纠正情况:

将压力表送相关部门检测。

原因分析:

对储气罐的安全意识不足未对其检测,导致压力表证书过期

纠正措施:

购买新压力表,送相关部门检测,合格后安装。

预定完成日期:2022.3.10

举一反三检查情况:

对其他设备进行规范管理

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

日期:2022.3.8

受审核方代表:

日期:2022.3.8





培 训 记 录

时 间	2022.3.7	地 点	办公室
主 讲	陈东彩		
参加人员	全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人: 陈东彩 2022年3月7日		





瑞临计量检测有限公司

RUILIN MEASUREMENT AND DETECTION Co.,Ltd

校准证书

Calibration Certificate



证书编号: RLJL2202196002

Certificate No.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9333

客户名称

Name of Applicant

邢台顺企机械有限公司

客户地址

Address

邢台内丘县内昔公路新城村南

器具名称

Description

压力表

型号/规格

Model/Type

(0~1.6) MPa

出厂编号

Serial No.

4610956980

制造单位

Manufacturer

红旗

批准人

Approved by

高烁

核验员

Checked by

高烁

校准员章

Calibrated by

李娇娇

接收日期:	2022	年	03	月	02	日
Date for Received		Year		Month		Day
校准日期:	2022	年	03	月	02	日
Date for Calibration		Year		Month		Day
批准日期:	2022	年	03	月	02	日
Date for approval		Year		Month		Day

地址 (Add.):

河北省石家庄市新华区赵陵北路15号都市阳光小区底商1-6号

电话 (Tel):

0311-89230010 (收样室)

邮编 (Post Code):

050000

网址 (Web):

www.rljlc.com

邮箱 (E-mail):

hbrljlc@163.com

第 1 页 共 3 页



扫描全能王 创建



瑞临计量检测有限公司

RUILIN MEASUREMENT AND DETECTION Co., Ltd

校准证书

Calibration Certificate



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9333

证书编号: RLJL2202196001

Certificate No.

客户名称

Name of Applicant

邢台顺企机械有限公司

客户地址

Address

邢台内丘县内昌公路新城村南

器具名称

Description

压力表

型号/规格

Model/Type

(0~1.6) MPa

出厂编号

Serial No.

64570761290

制造单位

Manufacturer

红旗

批准人

Approved by

高烁

核验员

Checked by

高烁

校准专用章

Calibrated by

李娇娇

接收日期:

Date for Received

2022

年

03

月

02

日

Year

Month

Day

校准日期:

Date for Calibration

2022

年

03

月

02

日

Year

Month

Day

批准日期:

Date for approval

2022

年

03

月

02

日

Year

Month

Day

地址 (Add.):

河北省石家庄市新华区赵陵北路15号都市阳光小区底商1-6号

电话 (Tel):

0311-89230010 (收样室)

邮编 (Post Code):

050000

网址 (Web):

www.rhjc.com

邮箱 (E-mail):

hbrljcz@163.com

第 1 页 共 3 页



扫描全能王 创建