

无锡市计量测试院

Wuxi Institute of Metrology and Testing

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 22040798
Certificate No.

送检单位
Applicant

无锡市群力快餐服务有限公司

计量器具名称
Name of Instrument

电子计价秤

型号 / 规格
Type/Specification

ACS-30

出厂编号
Serial No.

036621

制造单位
Manufacturer

永康市华鹰衡器有限公司

检定依据
Verification Regulation

JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》

检定结论
Conclusion

合格(符合Ⅱ级)



授权签字人
Approved by

杨栋

杨栋

核验员
Checked by

王威

王威

检定员
Verified by

葛华胜

葛华胜

检定日期
Date of Verification

2022 年 2 月 14 日

Day

有效期至
Valid until

2023 年 2 月 13 日

Day



地址: 江苏省无锡市春新东路8号 电话(Tel): 0510-82803164 传真(Fax): 0510-82805098
Add: No.8 Chunxin East Road, Wuxi, Jiangsu
网址(HTTP): www.wxmtc.com 邮编(Post Code): 214101 电子邮件(Email): wxmtc@wxmtc.com





本院是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计(2018)1002号。
This laboratory is national legal metrological verification institute. Authorization certificate No.(2018)1002.

本院依据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力的认可准则》(ISO/IEC17025), 建立质量管理体系。
This laboratory has built up quality management system according to CNAS-CL01 "Accreditation Criteria for the Competence of Testing and Calibration Laboratories" (ISO/IEC 17025).

本院通过了中华人民共和国计量认证, 证书号: 171015110061。
This laboratory has assessed by China Metrology Accreditation Service, certificate No.171015110061.

本院出具的数据均可溯源至国家计量基准。
All data issued by this laboratory are traceable to national measurement standard.

本次检定所使用的社会公用计量标准:
Measurement standard used in the verification:

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/MPE	证书编号/有效期 Certificate No./Valid Date
非自动衡器检定装置	(0~200) t	$U = (0.012 \sim 0.017) \%$ ($k=2$)	[1998]无锡市社公量标证 字第1102号 2026-8-2

本次检定所使用的主要计量器具:
Main measurement standard used in the verification:

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/MPE	证书编号/有效期 Certificate No./Valid Date
砝码	(10~30) kg	M ₁ 等级	21611909/2022-2-25
砝码	(5~15) kg	M ₁ 等级	21611900/2022-2-25
砝码	50mg~4.96105kg	M ₁ 等级	21725094/2022-5-25

检定地点和环境条件:

Place and environmental conditions of the verification:

地点: 无锡市计量测试院131检测实验室 温度: 19.8℃ 相对湿度: 60.2%
Place Temperature R.Humidity

- 注: 1、未经本院书面授权, 不得部分复制本证书。
Note: This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.
- 2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。
The results are only responsible for the item verified.
- 3、本证书未加盖检定专用章无效。
The certificate will be invalid if it is issued without official stamp.



检定结果

Results of the verification

准确度等级 Accuracy class	Ⅲ级	最大称量 Maximum capacity	kg	30	检定分度值(e) Verification scale interval(e)	g	10
外观与工作正常性检查 Appearance and function check					符合要求 Meet the requirements		
称量范围 weighing capacity range					最大允许误差 Maximum permissible errors		
0≤m≤500e					±0.5e		
500e<m≤2000e					±1.0e		
2000e<m≤10000e					±1.5e		

以下空白/Following blank

