



不符合项报告

企业名称:	宁波永亨铜管道有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 陈亚	
不符合事实描述: 查: 质量部在用的规格型号为 VMS-3020 的影像测量仪, 2021 年 11 月 16 日经方溯认证检测研究院 (深圳) 有限公司校准, 合格; 但未张贴计量确认合格标识。不符合要求。 查: 质量部在用的规格型号为 XGNB-L 的冷热循环试验机, 2021 年 11 月 02 日经宁波计量测试研究院校准, 合格; 但未张贴计量确认合格标识。不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.2.4 条款的要求。</u> 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>陈建峰</u> 陪同人员(签名) <u>陈亚</u> 企业部门代表(签名) <u>王东明</u> 日期: 2022 年 02 月 14 日			
纠正措施: 立即粘贴计量确认合格标识, 举一反三, 对其遗漏漏情况全部补贴, 一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>王东明</u> 审核员签名: <u>陈建峰</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>王东明</u> 日期: <u>2022 年 02 月 14 日</u>			