



编号: 0109-2021-2022

### 不符合项报告

企业名称:	大庆市迎博石油科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	王国庆
<p>不符合事实描述:</p> <p>查企业的测量设备数字万用表、型号 UT33D, 编号 130791226 的数字万用表, 没有纳入测量设备台账中管理, 不符合 GB/T19022-2003 标准条款 6.3.1 测量设备</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T19022-2003 标准条款 6.3.1 测量设备</p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√___;</p> <p>审核员(签名) <u>王国庆</u> 陪同人员(签名) <u>王国庆</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张扬</u></p> <p>日期: 2022.2.22.</p>			
<p>纠正措施: 1. 立即将该万用表纳入测量设备台账中管理 2. 对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生</p> <p>企业部门代表签名: <u>张扬</u>      审核员签名: <u>王国庆</u></p>			
<p>纠正措施完成情况: <u>纠正措施已完成整改符合要求 同意关闭。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>王国庆</u>      日期: 2022.2.22.</p>			

可另附页

