



编号: 0118-2017-2022

# 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 华荣科技股份有限公司 | 不符合报告编号: | 001 |
| 受审核部门: 张永新 陪同人员:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |     |
| <p>不符合事实描述: 查测员没有计量确认, 设备名称 LCR 表, 证书编号 993456015 中, 极值单位, 广东中仪检测有限公司, 极值日期 2021.9.15, 计量确认证书合格, 证书信息中极值标准偏差符号, 标准偏差, 无不确定度或最大误差或校准信息, 无法判断溯源是否有效, 计量确认证书结果无效。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 7.1.1</p> <p>不符合程度: 主要不符合 <input type="checkbox"/>; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名): 张永新 陪同人员(签名): 姜博</p> <p>企业部门代表(签名): 张永新</p> <p>日期: 2022.2.24</p> |            |          |     |
| <p>纠正措施: 在计量确认验证时因只关注了校准数据结果, 对证书其他信息, 如极值的标准偏差等未进行查看, 导致由于证书中设备标准偏差信息无法确认校准数据的可靠性, 所以验证结果无效的错误。纠正措施: ①加强验证人的培训 ②另外选择有资质能力的供应商对设备进行计量确认, 对数据进行验证 ③对已检的产品进行评保追溯 ④规范供应商的评价</p> <p>企业部门代表签名: 张永新. 2021.3.3. 审核员签名: 张永新</p>                                                                                                                                             |            |          |     |
| <p>纠正措施完成情况: 对设备再次极值校准确认(由张永新检测有限公司)及校准数据, 供加高评价资料, 产品测试追溯记录及整改资料验证, 整改有效。(张永新)</p> <p>审核组代表签名: 日期: 张永新. 2022.3.4.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |     |

可另附页