



审核员现场监督审核记录(二)

企业名称: 华荣科技股份有限公司

审核员: 张明

审核日期: 2022.2.24

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性	电测 FM-11-C028 2022.9.27 有效日期 综合合格完好。 数表 FP-13-C063 2022.8.10 有效日期。 A类合格。完好。 测量设备上有关信息 测量设备溯源记录表 与台账信息一致。 该部门无校准项目。	厂用事业部	否
2	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	该部门有13台测量设备 强检。建立台账。并在每年 的2月、9月计划实施检定 或校准。 1月份共有79台(含)校准 计划。实施率 100%。 查到一台 0390 LG-11- 0390 电表指示为无穷大, 不合格。 于2022.1.22 开具不合格报告。 于2022.1.28 对电表进行修理。 修理后不符合要求。采取了 纠正措施。贴上不合格标签。	厂用事业部	否

2 / 2