



编号: 0067-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	德州大陆架石油工程技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	电子式万能试验机	BD14020	GNT300	1 级	试验机检定装置: 0.3 级	德州市产品质量标准计量研究院	2021.3.29	√
质量部	直读光谱仪	M0241	Q4	A 级	光谱仪检定装置: 标准偏差 s: (0.002-0.02) %	山东省计量科学研究院	2020.10.28	√
物资设备部	游标卡尺	4907107048	0-500 mm	±0.05 mm	卡尺量具检定装置: 量块 5 等	德州大陆架石油工程技术有限公司	2021.9.7	√
质量部	傅立叶红外光谱仪	19500059	WQF-510A	$U=0.6\text{ cm}^{-1}$ $k=2$	聚苯乙烯红外波长标准物质: $U=(0.03\sim1.00)\text{ cm}^{-1}$, $k=2$	山东中检校准技术有限公司	2021.3.30	√
质量部	偏梯形套管螺纹工作量规	0160	$5\frac{1}{2}$ BCSG	$U=0.025$ $k=2$	校对规: $U=0.006$, $k=2$; 深度千分尺: ± 0.006 ; 公法千分尺: ± 0.004	宝鸡市宝石石油量规检测中心	2021.6.7	√
质量部	冲击试样缺口投影仪	L200619-01	NCS-PI-50	长度: $U=5.0\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$; 角度: $U=2'$, $k=2$; 工作台标尺: $U=0.1\text{ mm}$, $k=2$	标准玻璃线纹尺 88972: $U=(0.2+1.5L)\text{ }\mu\text{m}$, $k=3$; 微机型万能工具显微镜: AC0049, $U=1.1\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021.4.6	√
质量部	内螺纹牙高量规	A1114222	TH-3009	$U=6\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	测长仪: $U=(1.0+L/1000)\text{ }\mu\text{m}$,	淮安市计量测试中心	2022.2.7	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司已建立最高计量标准 3 项，测量设备分别由质量部、物资设备部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托山东省计量科学研究院、山东中检校准技术有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书分别由质量部、物资设备部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 02 月 21 日 ~ 2022 年 02 月 22 日

审核员签字:

部门代表签字: