



测量设备溯源抽查表

编号: 0019-2018-2022

企业名称	沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
部件库	刀口形直尺	CY902100018 3	500mm	平面度: 7.0μm 直线度: 3.0μm 垂直度: 6.0μm	圆柱直角尺: 00级	沈阳计量测试院	2021.6.7	√
机加车间	游标卡尺	0805034622	(0~150)mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 4等 外径千分尺: ±4μm	辽宁东测检测技术有限公司	2021.4.23	√
机加车间	压力表	15.10.336	(0~4) MPa	$U_{rel}=0.38\%, k=2$	活塞式压力计: 0.05级	辽宁东测检测技术有限公司	2021-11-6	√
机加车间	内径百分表	906234	(18-35)mm	$U=3\mu\text{m}, k=2$	光栅式指示表检定仪: ±6μm	辽宁东测检测技术有限公司	2021-4-23	√
成品库	非自动指示秤	LNDC-210319 0511	TGT-500	$U=0.04\text{kg}, k=2$	砝码: M1级; F1等。	辽宁东测检测技术有限公司	2021-4-23	√
部件库	外径千分尺	105703	(50~75)mm	$U=2\mu\text{m}, k=2$	量块: 3等	辽宁东测检测技术有限公司	2021-4-23	√
部件库	表面粗糙比较样块	LNDC-210119 2355	Ra(6.3~0.8)μm	$U_{rel}=10\%, k=2$	MPE:±5%	辽宁东测检测技术有限公司	2021-4-23	√
部件库	外径千分尺	9243	(0~25)mm	最大允许误差: ±0.004mm;	量块 3等	辽宁东测检测技术有限公司	2021-4-23	√
质检部	耐压测试仪	W72D-0117-018	LK2672D	输出电压 : $U_{rel}=0.6\%, k=2$; 输出电流 : $U_{rel}=0.6\%, k=2$; 持续时间 : $U_{rel}=0.9\%, k=2$.	耐电压测试测试仪校准仪: 电压 MPE: ±0.2%M; 电流 MPE: ±0.2%; 时间 MPE: ±0.5%。	辽宁东测检测技术有限公司	2021-4-23	√



装配车间	接地电阻测试仪	WB2678A164 219	WB2678A	电阻标准值: 10 mΩ时, 允许误差: ±0.3mΩ;电阻标准值: 20 mΩ时, 允许误差: ±0.6mΩ;	模拟交直流标准 电阻仪器: DC-1:0.05 级; AC-1: 0.1 级; DC-R: 0.05 级; AC-R:0.1 级。	辽宁东测检测技术有限公司	2021-4-23	√
锅炉房	气体探测器	120101	CGD-1-1	Urel=1.0%FS, k=2	空气中甲烷气体标准物: Urel=1%, k=3	辽宁东测检测技术有限公司	2021.11.15	√


审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 企业未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。企业测量设备除自检外全部委托辽宁东测检测技术有限公司和沈阳计量测试院机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该企业的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 2 月 23 日上午~ 2 月 23 日下午

审核员签字: 

部门代表签字: 

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。