



编号: 0019-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 李欣欣	
<p>不符合事实描述:</p> <p>生产部 (锅炉房) 新配置的编号为 120101 的气体探测器, 2021 年 11 月 15 日校准, 但没有进行计量验证直接安装使用。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1.1 计量确认 总则的要求。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 计量确认 总则</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___;</p> <p>审核员 (签名) <u>武书云</u> 陪同人员 (签名) <u>李欣欣</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>魏岩国</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022. 2. 23</p>			
<p>纠正措施: 1、对气体探测器 (编号: 120101) 进行验证, 并保存完整记录。</p> <p>2 对其他测量设备验证记录进行核查, 并做好记录。杜绝类似问题发生。</p> <p>3 组织对相关人员进行培训。</p> <p>企业部门代表签名: <u>魏岩国</u> 审核员签名: <u>武书云</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>武书云</u> 日期: 2022. 2. 23</p>			

可另附页