



测量设备溯源抽查表

编号: 0075-2020-2022

企业名称	济南新助友联精工机械装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符打×
技术中心	外径千分尺	18061214	(25-50)mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=2\mu\text{m}, k=2$	量块: 4 等	山东博测 计量检测 技术有限公司	2021.10.08	√
技术中心	电子数显卡尺	19121965	(0-300)mm	$U=0.02\text{mm}, k=2$	量块: 5 等	山东博测 计量检测 技术有限公司	2021.10.08	√
技术中心	框式水平仪	YZYL050 2003	SK250	$U_{\text{rel}}=5.8\%, k=2$	水平仪检 101A: 示值误差 $\leq 6\%$	广东中准 检测有限公司	2021.10.08	√
技术中心	压力表	16437	(0-2.5)MPa	$U_{\text{rel}}=0.85\%\text{FS}, k=2$	精密压力表: 0.25 级	山东博测 计量检测 技术有限公司	2021.10.08	√
技术中心	数显深度尺	19110169	(0-300)mm	$U=0.02\text{mm}, k=2$	量块: 5 等	山东博测 计量检测 技术有限公司	2021.10.08	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由技术中心负责溯源。测量设备全部委托山东博测计量检测技术有限公司、广东中准检测有限公司进行校准，校准证书由技术中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 02 月 23 日下午~02 月 24 日上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

陈博