



测量设备溯源抽查表

编号: 0123-2021-2022

企业名称	沈阳航天新阳机电有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	二等标准金属量器	50L	467	最大允许误差: $\pm 2.5 \times 10^{-4} \text{L}$	一等金属量器 最大允许误差: $5 \times 10^{-5} \text{L}$	沈阳恒嘉计量检测技术有限公司	2020年6月15日	√
质量部	钳形接地电阻测试仪	20750727	ETCR2000 B+	$U_{rel}=0.6\%$ $k=2$	直流电阻箱: 0.01级	辽宁东测检测技术有限公司	2021年09月24日	√
生产车间	压力表	HY71582506045	(0~0.6) MPa	$U_{rel}=0.46\%$, $k=2$	活塞式压力计: 0.05级	辽宁东测检测技术有限公司	2021年09月24日	√
质量部	声级计	C160417685	UT351	$U=0.6\text{dB}$ $k=2$	实验室标准传声器: $U_{rel}=(0.05\sim 0.20)\text{dB}$ $k=2$; 多功能声标准器: I级	辽宁东测检测技术有限公司	2021年09月24日	√
质量部	可燃气体探测器	S782483	SPD202/EX	$U_{rel}=2.1\%$ $k=2$	甲烷气体标准物质: $U_{rel}=1\%$ $k=3$	辽宁东测检测技术有限公司	2021年09月24日	√
质量部	电子秒表	XY004	YS-8120	$U=0.01\text{s}$ $k=2$	时间检定仪: MPE: $\pm 5 \times 10^{-7}\text{s}$	辽宁东测检测技术有限公司	2021年09月24日	√
质量部	温湿度表	XY001	WS-2021	温度: $U=0.5^\circ\text{C}$ 湿度: $U=2\%\text{RH}$ ($K=2$)	冷镜式露点仪: MPE: $\pm 1\%\text{RH}$ MPE: $\pm 0.2^\circ\text{C}$; 温湿度检定箱: MPE: $\leq \pm 0.1^\circ\text{C}$ 、 RH/ MPE: $\leq \pm 0.8\%\text{RH}$	辽宁东测检测技术有限公司	2021年09月24日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 公司未建计量标准, 测量设备由质量部负责溯源并保管证书, 公司测量设备委托辽宁东测检测技术有限公司、沈阳恒嘉计量检测技术有限公司等校准, 根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年02月24日上午~02月25日上午 审核员签字: 姜丽

部门代表签字: 刘春光

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。