



不符合项报告

可另附页

企业名称:	阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 吴文国	
<p>不符合事实描述:</p> <p>公司未将电子天平和通用卡尺的内部校准过程列入《测量过程及控制一览表》中进行统一管控, 不符合 GB/T 19022-2003 7.2.2 测量过程设计。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>7.2.2 测量过程设计</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>;</p> <p>审核员(签名) <u>周文明</u> 陪同人员(签名) <u>吴文国</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>吴文国</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022.02.24</p>			
<p>纠正措施:</p> <p><u>将电子天平和卡尺内部校准过程加入《测量过程及控制一览表》进行管控并水平展开梳理检查其它测量过程。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>吴文国</u> 审核员签名: <u>周文明</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>纠正措施已落实, 验证有效。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>吴文平</u> 日期: 2022.02.24</p>			

