




测量设备溯源抽查表

企业名称	安徽龙之杰家具制造有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
校园家具实业部/板式家具实业部	钢直尺	00722058	1000mm	$U=0.05\text{mm}$ ($k=2$)	金属线纹尺: 三等	安徽省长江计量所	2021.08.10	√
技术部	数显千分尺	02102721	(0-25)mm	$U=2\mu\text{m}$ ($k=2$)	量块 (5.12-200)mm 4等	安徽省长江计量所	2021.07.21	√
校园家具实业部/板式家具实业部	钢卷尺	21040120	3m	$U=0.2\text{mm}$ ($k=2$)	5m 标准钢卷尺 MPE: $\pm(0.03+0.03)\text{Lmm}$	安徽省长江计量所	2021.04.15	√
校园家具实业部	游标卡尺	21040236	(0-200)mm	$U=0.01\text{mm}$ ($k=2$)	量块 (10-291.8)mm 5等	安徽省长江计量所	2021.04.20	√
校园家具实业部	膜盒压力表	16103385	(0-40)kpa	$U=0.6\%\text{FS}$ ($k=2$)	压力校验仪 $\pm 0.025\%\text{FS}$	安徽省长江计量所	2021.04.16	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)								
公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省长江计量所检定/校准, 校准机构已经按照外部供方开展选择和评价。校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 2 月 26 日~2 月 27 日上午								
审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。