



测量设备溯源抽查表

编号: 0039-2020-2022

企业名称	东营市奥能电器成套设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	千分尺	W131023355	(0~25)mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=0.0013\text{mm}$ $k=2$	量块 3 等	北京航天计量测试技术研究所	2021.09.02	√
生产部	游标卡尺	AON001	(0~150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块 (12 块) 3 等	北京航天计量测试技术研究所	2021.09.02	√
质检部	耐压测试仪	4787	CC2672D-A	测试电压: $U_{rel}=1.2\%$ $k=2$	耐压测试校验装置 MPE:ACV: $\pm 0.5\%$ DCV: $\pm 0.2\%$ ACI: $\pm 0.2\%$ DCI: $\pm 0.2\%$	北京航天计量测试技术研究所	2021.09.02	√
质检部	绝缘电阻表	1099569	ZC25B-3	(0-500)M Ω $U_{rel}=$ (0.5-12%) $k=2$	绝缘电阻表检定装置 电阻: 0.2% 电压: 1%	北京航天计量测试技术研究所	2021.6.15	√
质检部	接地电阻测量仪	20436	CC2521	(0-600)M Ω $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$	接地电阻仪检定装置 0.1 级	北京航天计量测试技术研究所	2021.09.02	√
生产部	IP20C 试验探棒	CX2103265	CX-12.5	尺寸: $U=0.02\text{mm.k}$ $=2$ 力值: $U_{rel}=5\%$, $k=2$	图像处理万能工具显微镜 MPE:(1+L/1000) μm 数显推拉力计 1.0 级	广州广电计量检测股份有限公司	2021.3.23	×

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“北京航天计量测试技术研究所”(机构注册号为 CNAS L0283)、广州广电计量检测股份有限公司(机构注册号为 CNAS L0446)”进行校准, 校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 2 月 25 日上午至 2022 年 2 月 25 日下午

审核员签字:

部门代表签字: