



测量设备溯源抽查表

编号: 0021-2019-2022

企业名称	连云港虹洋热电有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
设备管理部	电子汽车衡	Q01933-6 KQ/B344 935659	SCS-150	III级	非自动衡器检定装置 M ₁ 级	连云港市计量检定测试中心	2021.04.13	√
生产技术部	电热恒温鼓风干燥箱	1307221	101-1AB	设定温度 50℃: 设定温度 108℃: $U=0.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$	温湿度试验设备自动检定系统 $\pm 0.03\%\text{FS}$ (温度) $\pm 1.5\%\text{RH}$ (湿度)	南京市计量监督检测院	2021.04.14	√
生产技术部	电子天平	B3470216 23	ME204E	$0\text{g}\leq m\leq 50\text{g}$, $\pm 0.5\text{e}$ $50\text{g}\leq m\leq 200\text{g}$, $\pm 1.0\text{e}$ $200\text{g}\leq m\leq 220\text{g}$, $\pm 1.5\text{e}$ I 级	天平检定装置 $0.004\text{mg}\sim\pm 15\text{g}$	南京市计量监督检测院	2021.04.13	√
生产技术部	箱式电阻炉	1312107	XL-1	标称温度 815℃: $U=1.3^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 标称温度 900℃: $U=1.6^{\circ}\text{C}$ $k=2$	特稳便携式校验仪 $\pm 0.02\%$	南京市计量监督检测院	2021.04.13	√
生产技术部	硅酸根分析仪	01113413 0072	HK-218	$U_{\text{rel}}=2.3\%$, $k=2$	水中二氧化硅成分分析标准物质 $U_{\text{rel}}=2\%$, $k=2$	南京市计量监督检测院	2021.04.12	√
生产技术部	氨氮测定仪	2017B50 N-118	6B-50N	$U_{\text{rel}}=2.4\%$, $k=2$	水中氨氮溶解标物物质 $U_{\text{rel}}=2\%$, $k=2$	南京市计量监督检测院	2021.04.12	√
设备管理部	差压变送器	7854165	3051	1.5 级	0.05 级活塞式压力计标准装置 0.05 级	南京市计量监督检测院	2021.09.18	√
设备管理部	压力表	XU12082 8922	(0~1.6) MPa	1.6 级	精密压力表真空表标准装置 (-0.1~60) MPa 0.4 级	连云港市计量检定测试中心	2021.09.08	√

审核综合意见:

公司制定了《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，商务部负责测量设备溯源。测量设备委托连云港市计量检定测试中心、南京市计量监督检测院等两家机构检定/校准，检定/校准证书由行政部档案室保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 04 月 01 日上午~ 04 月 02 日上午

审核员签字:

部门代表签字: