



测量设备溯源抽查表

编号: 0031-2018-2022

企业名称	江苏省地矿复合肥厂							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产管理中心	电子台秤 (电子案秤)	20060914	TCS-150	III级	非自动衡器检定装置: $U=2.84\text{kg}$ $k=2.04$ 砝码: M_1 级	东海县产品质量和食品安全综合检验检测测试中心	2022.03.09	√
质检科	可见分光光度计	071819111 120020013	N2	波长: 示值误差: 0.6nm 重复性: 2.0nm	可见分光光度计检定装置: 波长: $U=1.2\text{nm}$ $k=2$ 透射比: $U_{rel}=0.5\%$ $k=2$ 可见光区透射比标准: (440~637) nm: $U_{rel}=0.5\%$ $k=2$	东海县产品质量和食品安全综合检验检测测试中心	2022.03.01	√
质检科	电子天平	732	KF6102	III级	天平检定装置: F_1 等级 砝码: F_1 等级	东海县产品质量和食品安全综合检验检测测试中心	2022.03.01	√
质检科	电子汽车衡 (固定式电子秤)	141205	SCS-100	III级	非自动衡器检定装置: $U=2.84\text{kg}$ $k=2$ 砝码: M 级	东海县产品质量和食品安全综合检验检测测试中心	2021.09.23	√
生产管理中心	压力表	YA0808780 9	Y-200	1.6 级 $U=0.02\text{MPa}$ $k=2$	智能数字压力校验仪: 0.02 级	江苏润博检测科技有限公司	2021.11.15	√

审核综合意见:

公司制定了《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，质检科负责测量设备的溯源。测量设备委托东海县产品质量和食品安全综合检验检测测试中心、江苏润博检测科技有限公司检定/校准，检定/校准证书由质检科保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 04 月 02 日下午~04 月 03 日下午

审核员签字:

部门代表签字:

