



测量设备溯源抽查表

编号: 0026-2020-2022

企业名称	东营市冠诚石油技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	交流耐压测试仪	1503960127	AN0602M	$\pm 2.5\%$ $U_{rel}=0.6\%$ $k=2$	耐电压测试仪校验装置 MPE: $\pm 0.2\%$	山东奥升泰检测技术有限公司	2021.6.15	√
质检部	游标卡尺	GC001	(0~200) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块 二级	山东奥升泰检测技术有限公司	2021.6.15	√
质检部	绝缘电阻表	19056069	ZC25B-3	$\pm 10\%$ (0-500)M Ω $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$	绝缘电阻表 检定装置 MPE: $\pm (0.1\% \sim 5.0\%)$	山东奥升泰检测技术有限公司	2021.6.15	√
质检部	接地导通电阻测量仪	1504961048	AN9613X	$\pm 3.0\%$ $U_{rel}=0.4\%$ $k=2$	模拟交直流 标准电阻器 MPE: $\pm 0.1\%$	山东奥升泰检测技术有限公司	2021.6.15	√
生产部	扭力扳手	GC008	DL500	$\pm 4.0\%$ $U_{rel}=0.83\%$ $k=2$	扭矩扳手校验仪 $U_{rel}=0.10\%$	山东奥升泰检测技术有限公司	2021.6.15	√
生产部	外径千分尺	GC007	(0~25) mm	$\pm 0.004\text{m}$ $U=0.001\text{m}$ $k=2$	量块 四等	山东奥升泰检测技术有限公司	2021.6.15	√
审核综合意见: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“山东奥升泰检测技术有限公司”(机构注册号为 CNAS L09302) 进行校准, 校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 2 月 23 日下午至 2022 年 2 月 24 日下午								
审核员签字:  部门代表签字: 								