



编号: 0027-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	东营市福祥工贸有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质控部		陪同人员: 马娜	
不符合事实描述: 查质控部使用的型号规格为 (0-1000) mm 钢直尺, 其校准证书编号为 KLBS2103031035014, 校准日期为 2021 年 3 月 3 日, 处于有效校准状态, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>李永强</u> 陪同人员(签名) <u>马娜</u> 企业部门代表(签名) <u>柳耀忠</u> 日期: 2022 年 2 月 26 日			
纠正措施: 及时将该钢直尺进行计量确认, 并粘贴计量确认标识。 举一反三, 发现类似问题, 一并整改。 企业部门代表签名: <u>柳耀忠</u> 审核员签名: <u>李永强</u>			
纠正措施完成情况: 通过整改, 纠正措施可执行。 审核组代表签名: <u>李永强</u> 日期: <u>2022. 2. 26</u>			

可另附页