



编号: 0011-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	东营同博石油电子仪器有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 金爱顺	
不符合事实描述: 查质检部使用的型号规格 (0-100) MPa、出厂编号 2021.2.128 的“精密压力表”, 检定日期为 2021 年 01 月 17 日, 有效日期为 2022 年 01 月 16 日。处于有效状态, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>孙永波</u> 陪同人员(签名) <u>金爱顺</u> 企业部门代表(签名) <u>刘新利</u> 日期: 2022 年 2 月 28 日			
纠正措施: <u>立即将该压力表进行计量确认并粘贴计量确认标识</u> <u>第一时间, 查找问题, 并整改完成。</u> 企业部门代表签名: <u>刘新利</u> 审核员签名: <u>孙永波</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业制定的纠正措施有效。</u> 审核组代表签名: <u>孙永波</u> 日期: <u>2022.2.28</u>			

可另附页