



测量设备溯源抽查表

编号: 0012-2020-2022

企业名称	东营晨丰电子科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	推拉力计	TLJ-N50	N-50	$U_{rel}=0.5\%, k=2$	标准测力仪: 0.1 级	中溯计量检测有限公司	2021.2.18	√
质检部	游标卡尺	YBKC01	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}, k=2$	量块: 5 等	中溯计量检测有限公司	2021.2.18	√
质检部	万用表	WYBF17 B+	FLUK17 B+	(0-400)mA: $U=0.2\text{mA}, k=2$ (0-1000) V: $U=2\text{V}, k=2$	多功能校准器: DCI: $U_{rel}=0.005\%, k=2$ DCV: $U_{rel}=0.002\%, k=2$ ACV: $U_{rel}=0.01\%, k=2$ ACI: $U_{rel}=0.003\%, k=2$	中溯计量检测有限公司	2021.2.18	√
生产部	照度计	ZDJ-UT3 82	UT382	$U_{rel}=2.6\%, k=2$	发光强度标准灯: $U_{rel}=1.2\%, k=2$	中溯计量检测有限公司	2021.2.18	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“中溯计量检测有限公司 (机构注册号为 CNAS L10073)” 进行校准, 校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 2 月 28 日下午至 2022 年 3 月 1 日上午

审核员签字:

部门代表签字: