



编号: 0012-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	东营晨丰电子科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 刘兰	
不符合事实描述: 查质检部仪器编号为 SBQ-UTD2025CL 的“示波器”, 校准日期为 2022 年 02 月 18 日, 查该设备 2021 年度的校准证书上校准日期为 2021 年 1 月 13 日。与“测量设备台账”上周期间隔要求为“12 月”不相符。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u> [Signature] </u> 陪同人员(签名) <u> 刘兰 </u> 企业部门代表(签名) <u> 马宁 </u> 日期: 2022 年 3 月 1 日			
纠正措施: 经确认该示波器在 2021 年 11 月 3 日到 2022 年 2 月 18 日之间未使用, 组织测量设备使用和送检人员进行标准学习, 按规定周期间隔送检, 并举一反三进行整改。 企业部门代表签名: <u> 马宁 </u> 审核员签名: <u> [Signature] </u>			
纠正措施完成情况: <u> 全部整改合格并符合要求。 </u> 审核组代表签名: <u> [Signature] </u> 日期: <u> 2022. 3. 1. </u>			

可另附页