



测量设备溯源抽查表

编号: 0011-2018-2022

企业名称	河北乾鑫塑料制品有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产质检部	管材落锤冲击试验机	1203005	JJFWI-111	(0.1-5)m $U=0.3\text{mm}$ ($k=2$)	数显卡尺标 $U=0.02\text{mm}(k=2)$; 标准钢卷尺 $U=0.02\text{mm}$ ($k=2$); 电子天平 I 级	深圳新广行监测技术有限公司	2021. 03. 17	√
生产质检部	电子管材简支梁冲击试验机	1310001	XJJD-50A	$U=0.04\text{mm}-0.2$ mm ($k=2$)	标准测力仪(0.3 级)、冲击试验机检定装置 $U_{rel}=0.42\%$ ($k=2$)	深圳新广行监测技术有限公司	2021. 03. 17	√
生产质检部	电子分析天平	5655	FA1204	(1-500) mg $U=(0.0060-04)$ mg; (>0.5-500) g $U=(0.12-4)$ mg ($k=3$)	砝码 F I 级	深圳新广行监测技术有限公司	2021.03. 17	√
生产质检部	电热鼓风箱	1203004	XCB-300	$U=(0.5-1.0)$ mg ($k=2$)	数据采集器 $U=0.2^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	深圳新广行监测技术有限公司	2021. 03. 17	√
生产质检部	壁厚千分尺	ZJ-04	(0-25)mm	$\pm 0.002\text{mm}$	量块 3 等; 平行平晶 $U=0.2\text{ }\mu\text{m}(k=2)$	深圳新广行监测技术有限公司	2021. 03. 17	√
生产质检部	温湿度计	ZJ-15	HTC-1	温度 $U=0.7^{\circ}\text{C}$ 湿度 $U=2\%\text{RH}$ ($k=2$)	电动干湿表, 相对湿度 $U=1.0\%\text{RH}$ 湿度 $U=0.3^{\circ}\text{C}(k=3)$; 温湿度 检定箱, 温度 $U=0.13^{\circ}\text{C}$ 湿度 $U=1.0\%\text{RH}(k=2)$,	深圳新广行监测技术有限公司	2021. 03. 17	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由生产质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳新广行监测技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由生产质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 03 月 01 日~03 月 02 日

审核员签字:

张东晓

部门代表签字:

张剑辉

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。