



编号: 0121-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏孚杰高端装备制造(集团)股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 林斌	
不符合事实描述: 检查质量部提供的《测量设备台帐》, 有内部管理编号规则, 但内部管理编号规则没有文件化, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>林斌</u> 企业部门代表(签名) <u>邵春名</u> 日期: 2022.06.22			
纠正措施: 1. 完善《FJ-2P-QM005 Rev.A 量具管理规定》, 增加 5.2.5 量具内部管理编号规则。 2. 质量部对量具管理员进行修改后的《FJ-2P-QM005 Rev.A 量具管理规定》培训。 企业部门代表签名: <u>邵春名</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022.06.22			

可另附页

