



测量设备溯源抽查表

编号: 0097-2021-2022

企业名称	天津市正方科技发展有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	数显卡尺	HDD118786	(0-300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 4 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.11.05	√
生产部	防爆电接点压力表	202006290J01173	ESD200(S)	$U_{rel}=1\%, k=2$	空气中甲烷体标准物质: 0.02 级	中国石油大港油田检测监督评价中心	2021.07.26	√
生产部	压力变送器	078378845	(-50-100)kPa	$U=0.6\%, k=2$	数字压力计: $U=0.008\%, k=2$	北京市计量检测科学研究院	2021.08.20	√
技术部	温度变送器	202107726-1	(0-100)°C	$U_{rel}=0.5^\circ\text{C}, k=2$	标准铂电阻温度计: 0.5 级	北京市计量检测科学研究院	2021.08.20	√
技术部	质量流量计	211103S	(0-200)t/h	$U_{rel}=0.35\%, k=2$	气体流量标准装置: $U_{rel}=0.2\%, k=2$	北京市计量检测科学研究院	2021.08.20	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳华科计量检测技术有限公司(机构注册号为 CNAS L8465)”、“中国石油大港油田检测监督评价中心(机构注册号为 CNAS L1671)”、“北京市计量检测科学研究院(机构注册号为 CNAS L0187)”进行校准, 校准证书由技术部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 3 月 3 日上午至 2022 年 3 月 4 日上午

审核员签字:

部门代表签字: