




受理编号: 0097-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	热电偶测温仪(数字温度计)测量过程	被测参数要求(含公差)	烘箱内的温度		
被测参数要求识别依据文件		符合《产品工艺环境标准》(QJ/SYY.GY9)			
计量要求导出方法(可另附) 根据《产品工艺环境标准》(QJ/SYY.GY9), 导出计量要求: 105℃±2℃					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	热电偶测温仪(数字温度计)/47220080 WS 19	FLUKE-51II 型 量程: (23-105)℃	±0.5℃	J21332S03 988	2021 年 12 月 10 日
计量验证记录 热电偶测温仪校准结果: 105℃, 误差为 0℃, $l=0.4^{\circ}\text{C}$ ($k=2$) 设备校准结果最大允许误差 0℃ 小于计量要求 ±2℃, 符合要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 林森  验证日期: 2021 年 12 月 16 日					
审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 工艺要求已识别 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 满足 4. 测量设备是否检定/校准? 已校准 5. 测量设备验证是否正确? 正确 审核员签名:  企业代表签字:  审核日期: 2022 年 3 月 16 日					