



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 0097-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草包装印刷有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
基建设备科	纸张测湿仪	TK0019	CSH-5	±3%、 (4-17)%	电子天平 0.1mg-210g① 级, 标准样纸 8.8%, 12.4%	上海市计量院	2021.9.13	√
基建设备科	锁型砝码	FN1001	M1 级	5kg	F2 等级砝码 标准装置	上海市质检院	2021.9.8	√
基建设备科	数字测温仪	TT0019	DT-612	±3℃、 (0-150)℃	数字微压计 K=0.016%FS, 皮托静压管 ±3%	上海市计量院	2021.11.3	√
基建设备科	甲烷减压器	P01286	Y60	2.5 级 (0-1)/(0-25)M Pa	数字压力计 0.05 级	上海市质检院	2021.7.2	√
基建设备科	风速仪	BB0002	AVM-03	(5-25)m/s ±3%	数字测温仪 (0-1000) 欧 ±0.005%、二 等标准铂电 阻	上海市质检院	2021.12.10	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 测量设备由基建设备科负责外委溯源。公司测量设备委托上海市计量院、上海市质检院等机构检定/校准, 校准/检定证书由基建设备科保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 3 月 16 日~3 月 16 日 审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。