



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 0097-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草包装印刷有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心	千分厚度仪	原编号 LH1827	(0~1)mm	(0~1)mm±0.01mm	量块(0.5~100)mm 4等	上海质检院	2021.4.6	√
技术中心	外径千分尺	原编号 B00087	(0~25)mm	(0~25)mm±0.02mm	量块(5.12~100)mm 4等	上海质检院	2021.4.6	√
技术中心	温湿度表	原编号 KE0148	TH10B	(0~40)±1℃ (20~90)±5%	露点仪 (5~50)℃±1℃	上海质检院	2021.9.1	√
技术中心	压力表	原编号 P01146	Y50	(0~1)MPa 2.5 级	数字压力计 (0~1)MPa 0.05 级	上海质检院	2021.12.7	√
技术中心	橡胶硬度计	原编号 G07005	A 型	(0~100)HA±1HA	橡胶硬度计 检定仪(0~100)HA±0.1HA	上海质检院	2021.5.10	√
技术中心	密度计	出厂编号 004773	X-Rite	(0~2.0)D±0.03D	标准反射板 (0~2.0)D U=0.01(K=2)	上海计量院	2021.4.20	√
金鼎安保科	雷达测速仪	出厂编号 289200-0006	J2360	(20~100)km3/h±2km3/h	雷达测速仪 检定装置(0~300)km3/h±0.3km3/h	上海计量院	2021.12.7	√
烟印安保科	电子液压车秤	出厂编号 50907121001	T15E	(0~2000)kg III级	非自动衡器 检定装置(0~100)tM1 等、M12 等	上海质检院	2021.11.10	√
烟印安保科	电磁流量计	出厂编号 1205915	AM-20 8	(10~60)m3/h 0.5 级	水流量标准装置(5~193)m3/h U=0.06% (k=2)	上海升华流量测试科技中心	2021.9.1	√
行政科	电子天平	出厂编号 A07219825	AWH-1 50TW	(0~150)kg±100g	非自动衡器 检定装置(0~	上海质检院	2021.3.10	√



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

					1300)kgM1 等			
行政科	强检压力表	出厂编号 SH121212752	YB100 BF	(0~1)MPa 1.6 级	数字压力计 (-0.1~ 60)MPa0.05 级	上海质检院	2022.2.17	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 所抽查的测量设备, 其检校证书及溯源, 均符合要求。								
审核日期: 2022 年 3 月 16 日~3 月 16 日 审核员签字: 邱振英 部门代表签字: 2/3								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。