



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 0097-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草包装印刷有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
完成车间	带表游标卡尺	IR1111088	(0~200) mm	0.02mm	量块 (10~291.8) mm, 5 等	上海质检院	2021.4.6	√
完成车间	电子温湿度记录仪	KE0253	COS-03 (0~40)°C (20~90)%RH	±1°C±5%RH	四通道数字测温仪 (电阻: ±0.005%) 二等标准铂电阻温度计 (二等) 温度、湿度发生器 (湿度稳定性 ≤1%RH) 高精度冷镜式露点仪 (±0.1°C, ±0.2°C DP)	上海质检院	2021.9.1	√
完成车间	电子天平	d00102	ALH-15(C)kg	15kg/1g	天平检定装置 (1mg~35kg)	上海质检院	2021.4.12	√
质量管理科	刮板细度计	VF2122-027	(0-50)um	±5um	电感测微仪 (-2000.0~2000.0) um, U=0.5um, k=2	上海质检院	2022.3.2	√
质量管理科	工作用玻璃温度计	KE0483	(0~50)°C	±0.5°C	二等标准铂电阻温度计 (-189.3442~660.323) °C, 二等	上海质检院	2022.1.11	√
质量管理科	烘箱	TT0106	FDL115	105°C±1°C	温度巡回检测仪 (含温湿度传感器) (-80~300) °C 配四线制铂电阻	上海质检院	2021.9.1	√
审核综合意见: 抽查的测量设备均进行了溯源并验证, 外检/校准单位均符合检/校供应商要求。公司未建最高计量标准, 测量设备主要由上海计量院和上海质检院负责溯源。校准/检定证书由公司基建设备科保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求, 现场计量标识现行有效。								
审核日期: 2022 年 3 月 16 日~3 月 16 日 审核员签字: 李玲 部门代表签字: 王华								

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。