



编号: 0145-2022

不符合项报告

企业名称:	沐城测绘(北京)有限公司	不符合报告编号:	2022030401
受审核部门: 移动测量部		陪同人员: 王婷	
不符合事实描述: 在企业移动测量部, 抽查型号 EL302A、编号 30001825 的电子水平仪, 2021 年 12 月 15 日经北京金华大地光电仪器校准中心校准, 取回后并现场确认, 结论合格。但未粘贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名): 耿丽 修 陪同人员(签名): 王婷 企业部门代表(签名): 耿丽 修 日期: 2022 年 03 月 04 日			
纠正措施: 将该电子水平仪按文件规定粘贴计量确认标识, 检查是否有其他测量设备遗漏未粘贴计量确认标识, 如有及时补贴, 今后测量设备取回后立即按要求完成计量确认及标识粘贴。 企业部门代表签名: 耿丽 修 审核员签名: 耿丽 修			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 不符合项整改已完成, 验证有效。 审核组代表签名: 耿丽 修 日期: 2022 年 月 日			

可另附页

合格证

NO. 30001825

单位:

仪器名称: 21671018

有效期至: 2018年1月4日

检定员:



计量标识管理程序					共 5 页 第 3 页
文件编号	MCLH-MP6.2.4	版本	A/0	发布日期	2021-10-10
编 制		审 核		批 准	
4.2.1.2 计量确认状态主要是彩色不干胶进行标识。 4.2.1.2 计量确认标识包含的信息有：测量设备编号，状态（合格；限用；停用；待确认等）；验证日期；有效期（或下次验证日期）等。 4.2.1.3 状态及标识颜色： ◆ 合格：标识为绿色，可使用检定或校准机构出具的标签。表明测量设备按照规定的确认间隔已经过计量确认，并且其计量特性能满足预期的使用要求。 ◆ 限用：标识为橙色。表明测量设备有一部分量程或功能不能正常使用。 ◆ 停用：标识为红色。适用于暂停使用或报废的测量设备的管理。 ◆ 待确认：标识为白色。适用于没有途径进行量值溯源或无法拆卸的测量设备的管理。 4.2.1.4 测量设备使用部门的计量员根据计量确认结果，对照计量要求，出具计量确认状态标识。 4.2.1.5 为避免未按期送检或校准，验证日期与检定日期或校准日期视为相同。停用或待确认的测量设备，“验证/日期”栏目填写停用日期。 4.2.1.6 A 类设备直接使用法定计量检定机构出具的合格证。 4.2.1.7 B 类设备：委外检定或校准的，如果直接使用检定或校准机构出具的校准证，并在标识的右上方进行计量确认的标记。合格打“√”，限用打“-”，停用打“×”。内部检定或校准的，自制计量确认标识。					