



编号: 0147-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	漆膜测厚仪	100619990	(0-2000) μm	$U=0.5\mu\text{m}$ $k=2$	测厚仪标准片 $U=0.01\mu\text{m}$ $k=2$	广东中准检测有限公司	2021.6.18	√
生产技术部	数显卡尺	19110737	(0~300) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$ $k=2$	量块 4 等	广东中准检测有限公司	2021.6.18	√
质检部	耐压测试仪	BGAI-009	RK2671B M	$U=0.01\text{kV}$ $k=2$	数字高压表 0.2 级	广东中准检测有限公司	2021.6.18	√
质检部	接地电阻测试仪	092197573	VC41058 B	$U_{\text{rel}}=0.4\%$ $k=2$	交直流电阻箱 0.05 级	广东中准检测有限公司	2021.12.17	√
生产技术部	功率测试仪	100326-001	RK9940N	$U_{\text{rel}}=0.5\%$ $k=2$	功能校准器 $U_{\text{rel}}=0.06\%$	广东中准检测有限公司	2021.6.18	√
生产技术部	数显千分尺	0102788	(0~25) mm	$\pm 0.002\text{mm}$ $U=0.001\text{mm}$ $k=2$	量块 4 等	广东中准检测有限公司	2021.6.18	√
生产技术部	压力表	107478	(0-1.6) MPa	1.6 级	压力表检定装置 0.1 级	天津市滨海新区检验检测中心	2022.1.19	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》。公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“广东中准检测有限公司（机构注册号为 CNAS L0239）”、“天津市滨海新区检验检测中心（计量检定机构授权证书号：（津）法计（2018）0021）”进行检定校准，检定校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 3 月 5 日上午至 2022 年 3 月 6 日上午

审核员签字:

刘东胜

部门代表签字:

张子楷