



编号: 0158-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	沈阳航达机载设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
二分厂	三综合线性快速温变试验箱	14100361	CTHV-SE751 00-05W/F	$U=0.2^{\circ}\text{C}, k=2$	温度采集器: $U=0.1^{\circ}\text{C}, k=2$	沈阳航测光电科技有限公司	2021 年 6 月 1 日	√
二分厂	游标卡尺	15049125	(0~150) mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 5 等	辽沈工业集团有限公司校准检测中心	2021 年 11 月 13 日	√
二分厂	外径千分尺	6-Q012	(0~25) mm	$U=2\mu\text{m}, k=2$	量块: 4 等	辽沈工业集团有限公司校准检测中心	2021 年 11 月 13 日	√
一分厂	压力表	41122	(0~40) MPa	1.6 级	活塞式压力计: 0.02%	国防科技工业 2111 二级计量站	2021 年 10 月 27 日	√
一分厂	涡街流量计	19022209	LUGB-2320-252N	1.5 级	临界流喷嘴气体流量标准装置: $U_{\text{rel}}=0.25\%(k=2)$	中国计量科学研究院	2021 年 3 月 1 日	√
质保部	螺纹塞规	8	M12*1.25 6H	$U=4\mu\text{m}, k=2$;	数显测长仪: $U=0.5\mu\text{m}, k=2$ 三针: 1 级	沈阳航测光电科技有限公司	2021 年 6 月 1 日	√
质保部	标准电容器	67795	C1108	$U=0.006\text{pF}, k=2$	电容标准装置 $U=(7.4*10^{-6}\sim 1.8*10^{-5})\text{pF}, k=2$	国防科技工业 2113 二级计量站	2021 年 12 月 10 日	√
质保部	螺纹环规	9	M30*1.5 6g T	$U=3\mu\text{m}, k=2$;	数显测长仪: $U=0.5\mu\text{m}, k=2$ 专用环规: 1 等	沈阳航测光电科技有限公司	2021 年 6 月 1 日	√
质保部	电子天平	139	DW100AX	Ⅱ 级	砝码: F ₁ 等级	国防科技工业 2111 二级计量站	2021 年 12 月 13 日	√
设计所	数控线性直流稳压电源	30504070173	LPS-305	直流电压: CHI $U=0.07\text{V}, k=2$	数字多用表: DCV:	国防科技工业 2111	2021 年 4 月 10 日	√



				直流电流：CHI $U=0.003A, k=2$ 固定值输出： $U=0.005A, k=2$	MPE $\pm$ $(4.5 \times 10^{-6}RD + 0.5 \times 10^{-6}FS)$	二级计量 站		
审核综合意见： 企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由质保部 溯源。企业测量设备均委托盘沈阳航测光电科技有限公司、辽沈工业集团有限公司校准检测中心、国防科技工业 2111 二级计量站等 检定机构 检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期： 2022 年 3 月 1 日 ~ 3 月 2 日 审核员签字： 武松云 部门代表签字： 孙冀璇								

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。