



编号: 0195-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	攀钢集团成都钢铁有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 理化中心		陪同人员: 周扬超	
不符合事实描述: 现场查理化中心, 发现理化中心实验室使用的温湿度表, 没有进行每天现场环境温度、湿度记录。 不符合不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.2 环境条款的要求。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.2 环境 条款。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ____; 审核员(签名) <u>程万荣</u> 陪同人员(签名) <u>周扬超</u> 企业部门代表(签名) <u>周扬超</u> 日期: 2022. 3. 25			
纠正措施: 现场立即整改, 从今天开始由专人负责理化实验室的温湿度记录, 做到举一反三, 确保类似情况不再发生。 企业部门代表签名: <u>周扬超</u> 审核员签名: <u>程万荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>措施有效</u> 审核组代表签名: <u>程万荣</u> 日期: 2022. 3. 25			

可另附页