



测量设备溯源抽查表

编号: 0128-2021-2022

企业名称	上海双高阀门(集团)有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	洛氏硬度计	0415	HR-150 A	$U=0.4\text{HRC}, k=2$	标准洛氏硬度块 64.8HRC, 均匀性 0.2HR 47.3HRC, 均匀性 0.4HR 23.8HRC, 均匀性 0.4HR	上海惠量计量检测有限公司	2021.8.3	√
质管部	磁粉探伤仪	1162	CDX-III	交流提升力: $U=4.8\text{N}, k=2$ 旋转提升力: $U=4.8\text{N}, k=2$	磁轭式磁粉探伤机 拉力检定装置: $U=0.2\%\text{FS}, k=2$	上海市计量测试技术研究院	2021.8.5	√
制造部	压力表	EY07075664	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.4 级	上海市松江区计量质量检测所	2022.2.18	√
质管部	接地电阻测试仪	04629728	AR4105 A+	$\pm 2\%$; 200Ω时: $U_{\text{rel}}=0.19\%, k=2$	接地电阻表检定电阻器: 0.1 级	上海惠量计量检测有限公司	2021.8.3	√
制造部	深度卡尺	3061055	(0-200)mm	$U=(12+2L)\mu\text{m}$ (L---m), $k=2$	量块: 5 等	上海惠量计量检测有限公司	2021.8.3	√
质管部	工业用辐射温度计	2013121863 (H008)	HT-8872	$U=0.5^\circ\text{C}, k=2$	黑体辐射源: $U=1.3^\circ\text{C}, k=2$	上海惠量计量检测有限公司	2021.8.3	√
质管部	液压万能试验机	084	WEW-300D	$\pm 1\%$ $U_{\text{rel}}=0.22\%, k=2$	标准测力仪 0.1 级	上海惠量计量检测有限公司	2021.8.3	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托“上海市计量测试技术研究院”(机构注册号为: CNAS L0134)、“上海市松江区计量质量检测所”(计量授权证书号: (沪)法计(2019)106号)、“上海惠量计量检测公司”(机构注册号为: CNAS L6234)进行检定/校准, 检定/校准证书由质管部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 3 月 9 日下午至 2022 年 3 月 10 日上午

审核员签字:

部门代表签字: