测量设备溯源抽查表

编号: <u>0014-2020-2022</u>

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
企业名称	古县正泰煤	气化有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 计量特性	测量标准装 置名称及技 术参数	检定/校准机构	检定/校准日 期	符合打 ✓ 不符合打×
化产车间	靶式流量计	20031600100	SBL-CXQ50 OCCNTPIN	<i>Urel</i> =2.0% <i>k</i> =2	超声波流量 计 0.2 级	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.10.11	√
生产部	毒性气体探测器	102085	ARD300W	<i>Urel</i> =3.5% <i>k</i> =2	氮气中氨气 气体标准物 质 标准	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.12.18	√
质检中心	量筒	1#	(50~ 250) mL	最大示值误 差:-0.6mL	常用玻璃量 器检定装置 MPE: ± (0.00174)mL	山西省计量科学 研究院	2021.06.16 (有效期 3 年)	√
质检中心	电子天平	1225310416	AL204	<i>U</i> =0.4mg k=2	砝码 F1 等级	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.08.27	√
销售部	电子汽车衡	2018014	SCS-120t	III 级	标准砝码 M1 级	古县综合检验检 测中心	2022.05.12	√
机动部	压力表	19095216	(0-1.6)MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	古县综合检验检 测中心	2022.05.12	√
备煤中心	电子汽车衡	1510037	SCS-80t	III 级	标准砝码 M1 级	古县综合检验检 测中心	2022.05.12	√
电仪车间	三相四线电子式多功能 电能表	2016-07-004 28989	DTSD666	2.0 级	三相电能表 现场校验仪 0.1 级	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.10.11 (有效期 2 年)	V

审核综合意見:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告,进行评价,说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建立最高计量标准,测量设备由机动部负责溯源。公司测量全部委托山西省计量科学研究院、古县综合检验检测中心和深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由机动部下发给各部门保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年06月11日~ 06月12日

审核员签字:

允极.

部门代表签字:

樊超

说明:"计量特性"可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。