



测量设备溯源抽查表

编 号 :

0020-2020-2022

企业名称	山东文远石油装备有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	游标卡尺	15206	(0-50) mm	± 0.02 mm	量块/五等 3 级、数显外径千分尺 $\pm 2\mu\text{m}$	广东中准检测有限公司	2022、03、07	√
生产技术部	万能角度尺	1030401	(0-320)°	$U=2'$, $k=2$	角度块/1 级	深圳来测科技有限公司	2022、01、04	√
生产技术部	内径百分表	1103050 1	(0-10) mm	$U=4\mu\text{m}$, $k=2$	光栅式指示表检定仪 $U=0.4\mu\text{m}$, $k=2$	深圳来测科技有限公司	2022、01、04	√
生产技术部	高度游标卡尺	2825949	(0-200) mm	$U=0.03\text{mm}$, $k=2$	量块/4 等	深圳来测科技有限公司	2022、01、04	√
生产技术部	外径千分尺	6028	(0-25) mm	$U=1.4\mu\text{m}$, $k=2$	量块/4 等	深圳来测科技有限公司	2022、01、04	√
生产技术部	内径量表	6356	(0-5) mm	$U=4\mu\text{m}$, $k=2$	光栅式指示表检定仪 $U=0.4\mu\text{m}$, $k=2$	深圳来测科技有限公司	2022、01、04	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳来测科技有限公司、广东中准检测有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 03 月 10 日~03 月 11 日 审核员签字: 耿丽修 部门代表签字: 滕柯								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。