



测量设备溯源抽查表

编号: 0098-2016-2019

测量设备名称	管 理 类 别	设备编号	准确度 等级	确认 间隔	溯源性检查			过程计量 要求	验证结果	状态 标识	测量 环境
					校准/检定机构	校准/检定日期	校准/检定结果				
压力表	A	16084335	1.6级	6个月	无锡市计量测试中心	2019.12.21	1.6级合格	1.6级	合格		符合
耐震压力表	A	LY16-011	1.6级	6个月	"	2019.11.29	1.6级合格	1.6级	合格		符合
游标卡尺	B	LS18-0063	$\pm 0.02mm$	12个月	扬州市大城计量测试有限公司	2019.9.16	0.02mm合格	$\pm 0.1mm$	合格		符合
红外测温仪	B	592011	1%	12个月	"	2019.9.16	1%合格	1%	合格		符合
可燃气体检测仪	A	19092399	5%	12个月	无锡市计量测试中心	2019.12.20	5%合格	5%	合格		符合
数显洛氏硬度计	B	WX2N-5J-005	$\pm 1.5HRC$	12个月	扬州市大城计量测试有限公司	2019.1.23	$\pm 1.5HRC$	$\pm 1.8HRC$	合格		符合

审核综合意见: (设备台账、确认状态标识、使用的环境条件是否符合要求及设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求即满足顾客要求?) 公司自校准项目另填写“自校准项目的计量确认检查表”,

设备台账齐全, 确认状态标识符合要求, 使用的环境条件符合设备使用要求, 设备的计量特性满足测量过程计量要求。

审核部门:

质量部

审核员:

邱振英

审核日期: 2019 年 12 月 28 日