



测量设备溯源抽查表

编号: 0046-2020-2022

企业名称	山东鲁正电子有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	三相标准电能表	0310129	HC3100	0.05 级	三相电能表标准装置 (100-0.1 (含)) A: 0.01 级; (0.1-0.05 (含)) A: 0.05 级; (0.05 A -5mA (含)): 0.03 级;	山东省计量科学研究院	2022.2.22	√
生产部	电能表检验装置	0305191	PTC-8320D	0.05 级	三相电能表标准装置 (100-0.1 (含)) A: 0.01 级; (0.1-0.05 (含)) A: 0.05 级; (0.05 A -5mA (含)): 0.03 级;	山东省计量科学研究院	2021.7.30	√
生产部	水表校验装置	424	LS-4B	0.2 级	二等金属量器标准装置: 二等	山东省计量科学研究院	2021.1.31 周期间隔 24 月	√
质控部	百分表	J03370	(0-5)m m	示值误差 8μm, 回程误差 38μm	指示表检定装置: MPE:±3μm	济南市计量检定测试院	2022.3.21	√
生产部	压力表	063A	(0-1) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置: 0.05 级	济南市计量检定测试院	2022.2.11	√
质控部	圆柱螺纹环规	SDLZ-022	GI-A	$U=4.0\mu\text{m}$, $k=2$	圆柱螺纹量规检定装置: 测长仪: MPE:±(0.5+L/1000) μm; 三针: $U=0.21\mu\text{m},(k=2)$	济南市计量检定测试院	2022.2.11	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质控部负责溯源。公司测量设备全部委托“山东省计量科学研究院 (计量授权证书号: (国) 法计 (2017) 01024 号”、“济南市计量检定测试院” (计量授权证书号: (鲁) 法计 (2018) 37001 号)”进行检定/校准, 检定/校准证书由质控部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 3 月 11 日上午至 2022 年 3 月 11 日下午

审核员签字:

部门代表签字: