



编号: 0046-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	山东鲁正电子有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 王秀丽	
不符合事实描述: 查《水表出厂检验记录》1份, 使用的检验设备: LBJ 水表检定装置(编号 521)", 检验日期 2022 年 1 月 4 日, 检验项目“流量误差、性能检测”, 未标注检验过程依据的检验文件信息。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.2.4a) 测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>郭永强</u> 陪同人员(签名) <u>王秀丽</u> 企业部门代表(签名) <u>张明平</u> 日期: 2022 年 3 月 11 日			
纠正措施: 将《水表出厂检验记录》检验项目“流量误差、性能检测”标注检验过程所依据文件 JJG162-2019《民用冷水水表》计量检定规程。 企业部门代表签名: <u>张明平</u> 审核员签名: <u>郭永强</u>			
纠正措施完成情况: <u>经制定纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>郭永强</u> 日期: <u>2022.3.11</u>			

可另附页