



编号: 0065-2021-2022

### 不符合项报告

企业名称:	郑州黄金叶实业总公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	企业管理 (安保) 部	陪同人员:	张中佳
<p>不符合事实描述:</p> <p>查企业管理 (安保) 部提供的公司测量设备台帐中, 未记录编号为 C16-2492 的储气罐 (I 类容器) 用配套压力表。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-20036. 3. 1测量设备</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____ ; 次要不符合 <u>√</u> _____ ;</p> <p>审核员 (签名) <u>于养奇</u> 陪同人员 (签名) <u>张中佳</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>如/御</u></p> <p>日期: 2022. 03. 10</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>已对郑州黄金叶实业总公司检测设备台帐中, 增加编号为C16-2492的储气罐 (I 类容器) 用配套压力表。压力表型号 (0~2.5) MPa, 等级2.5级, 出厂编号L. 09. 1974。</p> <p>企业部门代表签名: <u>如/御</u> 审核员签名: <u>于养奇</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施有效, 经验证, 同意关闭不符合项。</p> <p>审核组代表签名: <u>于养奇</u> 日期: 2022. 03. 11</p>			

可另附页

## (工作) 测量设备台帐

单位：郑州黄金叶实业总公司

2021 年 10 月 17 日

编号：

序号	名称	型号	规格或测量范围	准确度	制造厂	出厂编号	使用	使用地点	管理状态	检定/校准周期	检定/校准时间	管理类别
				等级			日期					
1	色差计	Ci6x	Y: 0.0~100.0 X,Y: 全色域	Y: U=1.6 (k=2) X, Y: U=0.0044 (k=2)	X-rite公司	06993		生产现场	在用	1年	20210729	B
2	色差计	Ci6x	Y: 0.0~100.0 X,Y: 全色域	Y: U=1.6 (k=2) X, Y: U=0.0044 (k=2)	美国爱色丽	07889		生产现场	在用	1年	20210729	B
3	色差计	Ci6x	Y: 0.0~100.0 X,Y: 全色域	Y: U=1.6 (k=2) X, Y: U=0.0044 (k=2)	美国爱色丽	16219		生产现场	在用	1年	20210729	B
4	色差计	Ci6x	Y: 0.0~100.0 X,Y: 全色域	Y: U=1.6 (k=2) X, Y: U=0.0044 (k=2)	美国爱色丽	15936		生产现场	在用	1年	20210729	B
5	摩擦系数仪	MXD-01	2mg~2000g	F2等级	济南辰驰试验仪器有限公司	MXD151204	2016.03.03	检测室	在用	1年	20210729	B
6	纸张挺度测定仪	C0039	2mg~2000g	F2等级	IDM	11-03-1354	2011.09.22	检测室	在用	1年	20210707	B
7	纸张挺度取样器	C0016	0~300mm	MPE: ±0.01mm	IDM	10-05-1267	2011.09.22	检测室	在用	1年	20210707	B
8	水分测定仪	MF-50	1mg~20kg	E2等级	AND	P1020860		检测室	在用	1年	20210616	B
9	白度计	HK-BB	蓝光白度 R457:0.0~100.0	U=1.6, k=2	东莞市恒科自动化设备有限公司	16031301	2016.09.30	检测室	在用	1年	20210729	B
10	厚度仪	HK-210A	(0.5~100) mm	4等	东莞市恒科自动化设备有限公司	16031302	2016.09.30	检测室	在用	1年	20210730	B
11	定量取样器	HK-208	(0.5~100) mm	MPE: ±0.03mm	东莞市恒科自动化设备有限公司	16031305	2016.09.30	检测室	在用	1年	20210730	B
12	电子天平	JA2003	1mg~20kg	E2等级	上海上平仪器有限公司	/		检测室	在用	1年	20210616	B
13	电子天平	PL303	1mg~20kg	E2等级	METTLER	1230140104		检测室	在用	1年	20210616	B
14	电子天平	ML204	1mg~20kg	E2等级	METTLER	B249581769		检测室	在用	1年	20210616	B
15	色差计	YS3060	Y: 0.0~100.0 X,Y: 全色域	Y: U=1.6 (k=2) X, Y: U=0.0044 (k=2)	3NH公司	961430		检测室	在用	1年	20210729	B

16	色差计	YS3060	Y: 0.0~100.0 X,Y: 全色域	Y: U=1.6 (k=2) X, Y: U=0.0044 (k=2)	3NH公司	961431		检测室	在用	1年	20210729	B
17	色差计	SP64	Y: 0.0~100.0 X,Y: 全色域	Y: U=1.6 (k=2) X, Y: U=0.0044 (k=2)	X-rite公司	004986		检测室	在用	1年	20210729	B
18	色差计	ci7800	Y: 0.0~100.0 X,Y: 全色域	Y: U=1.6 (k=2) X, Y: U=0.0044 (k=2)	X-rite公司	001929		检测室	在用	1年	20210729	B
19	电子计重秤	ACS-30	0.01g~150t	M1等级	广州广衡电子衡器有限公司	A147		生产现场	在用	1年	20210616	B
20	电子计重秤	ACS-30	0.01g~150t	M1等级	广州广衡电子衡器有限公司	976		生产现场	在用	1年	20210616	B
21	电子计重秤	TCS-60	0.01g~150t	M1等级	上海乾峰有限公司	/	2015.3.23	生产现场	在用	1年	20210616	B
22	电子计重秤	TCS-150	0.01g~150t	M1等级	广州广衡电子衡器有限公司	/		印务工段	在用	一年	20210616	B
23	电子计重秤	TCS-150	0.01g~150t	M1等级	广州广衡电子衡器有限公司	/		印务工段	在用	一年	20210616	B
24	电子计重秤	TCS-200	0.01g~150t	M1等级	浙江宇阳衡器有限公司	230L		印务工段	在用	一年	20210616	B
25	电子计重秤	ACS-7.5	0.01g~150t	M1等级	METTLER	R1W31428-6ML		印务工段	在用	一年	20210616	B
26	电子计重秤	ACS-7.5	0.01g~150t	M1等级	METTLER	R1W27918-6LL		印务工段	在用	一年	20210616	B
27	电子计重秤	ACS-7.5	0.01g~150t	M1等级	METTLER	R1W27641-6LL		印务工段	在用	一年	20210616	B
28	电子计重秤	ACS-7.5	0.01g~150t	M1等级	METTLER	R1W30300-6KK		印务工段	在用	一年	20210616	B
29	电子计重秤	TCS-150	0.01g~150t	M1等级	广硕衡器有限公司	GS-011478		印务工段	在用	一年	20210616	B
30	便携式条码仪	REA Scan Check 3n	400mm*300mm*200 mm	MPE: $\pm(2.0 \mu$ $m+10^{-5}L/3)$	/	30900820	2010.01.28	印务工段	在用	一年	20210730	B
31	便携式条码仪(条码)	REA Scan Check 3n	400mm*300mm*200 mm	MPE: $\pm(2.0 \mu$ $m+10^{-5}L/3)$	/	30901487	2014.12.31	印务工段	在用	一年	20210730	B
32	台式条码仪	REA PC Scan/LD	400mm*300mm*200 mm	MPE: $\pm(2.0 \mu$ $m+10^{-5}L/3)$	/	/		印务工段	在用	一年	20210802	B
33	摩擦系数测试仪	C0008-C	10mg~5000g	M1等级	IDM	13-04-1569	2013.08.29	印务工段	在用	一年	20210707	B
34	氮气减压器	0~2.5MPa/0~25MP a	(-0.1~250) Mpa	0.05级	青岛华青集团有限公司	S105242/S091816		研发中心	在用	一年	20210811	B
35	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY69551546277	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A

36	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY70600830750	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A
37	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY70562268426	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A
38	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY69620685324	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A
39	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY69591848298	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A
40	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY69591848298	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A
41	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY69620685296	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A
42	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY69620685304	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A
43	膜盒压力表	(0~40) kPa	(0~40) kPa	2.5级	红旗仪表有限公司	HY69620685302	2021.1	动能工段	在用	半年	2021年10月	A
44	储气罐	I类容器	1.37MPa		青岛海空压力容器有限公司	C16-2492	2017.3.1	卡纸工段	在用	一年	2021年8月	A
45	压力表	(0~2.5) MPa	(0~2.5) MPa	2.5级	青岛华青集团有限公司	L.09.1974		卡纸工段	在用	一年	20210918	A