



编号: 0214-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江大民家具有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部		陪同人员: 沈丹	
不符合事实描述: 查: 生技部在用的木材水分检测仪, 规格型号为: ZTW1601A, 编号为 DM008, 已列入测量设备台账管理, 但未送检溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 √ ____; 审核员(签名) 王峰 陪同人员(签名) 沈丹 企业部门代表(签名) 何国成 日期: 2022 年 03 月 13 日			
纠正措施: 将以上测量设备送检至具有相应资质的检定/校准机构, 检查视同在用的测量设备有无类似情况, 一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: 何国成 审核员签名: 王峰			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 王峰 日期: 2022 年 03 月 13 日			

可另附页

