



编号: 0107-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	河南省鑫属实业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质控部		陪同人员: 梁堤	
不符合事实描述: 查实验室编号为 01K1952 的“数字温湿度计”, 未粘贴计量确认标识。查该设备的校准证书, 校准日期为 2022 年 1 月 26 日, 已完成校准。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘永通</u> 陪同人员(签名) <u>梁堤</u> 企业部门代表(签名) <u>梁堤</u> 日期: 2022 年 3 月 13 日			
纠正措施: <u>立即将设备进行计量确认, 标识粘贴并举一反三进行整改。</u> 企业部门代表签名: <u>梁堤</u> 审核员签名: <u>刘永通</u>			
纠正措施完成情况: <u>经判定合格并整改。</u> 审核组代表签名: <u>刘永通</u> 日期: 2022 年 3 月 13 日			

可另附页