



测量设备溯源抽查表

编号: 0052-2020-2022

企业名称	安徽星空图信息科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	水准仪	746539	DINI03	II 级	自动安平水准仪 $U=1.5''$, $k=2$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022. 1. 25	√
技术部	全站仪	FH4379	ES-602G	II 级	精密水准仪、经纬仪综合检验仪 $U=0.4''$ $k=2$ 光电测距仪检定场, 相对误差 $\leq 1 \times 10^{-6}$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022. 2. 18	√
综合部	GPS 接收机	3224523	T10	$U=3.2\text{mm}$, $k=2$	合肥 GPS 接收机检定场 MPE: $\pm 1 \times 10^7$ GPS 超短基线场 $U=0.12\text{mm}$, $k=2$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022. 2. 18	√
技术部	全站仪	S93950	NTS-362RL	II 级	精密水准仪、经纬仪综合检验仪 $U=0.4''$ $k=2$ 光电测距仪检定场, 相对误差 $\leq 1 \times 10^{-6}$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022. 2. 18	√
综合部	GPS 接收机	S6C20311104 1	S6	$U=3.2\text{mm}$, $k=2$	合肥 GPS 接收机检定场 MPE: $\pm 1 \times 10^7$ GPS 超短基线场 $U=0.12\text{mm}$, $k=2$	安徽省测绘仪器计量检定站	2022. 2. 18	√
部门四								

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建立最高计量标准, 测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽省测绘仪器计量检定站等机构检定/校准, 校准/检定证书由综合部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 03 月 24 日~03 月 25 日 上午

审核员签字:

杨文波

部门代表签字:

杨文波

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。