



测量设备溯源抽查表

编号: 0264-2021-2022

企业名称	西尼尔（南京）过程控制有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
制造中心	静态质量法水流量标准装置	SCD20160301	SCD-W000/DN10-DN500	$U_r=0.05\%$, $k=2$	标准流量积算仪: $\pm 5 \times 10^{-6}$	中国计量科学研究院	2022.1.13	√
质量部	外径千分尺	111011715	(0-25) mm	$\pm 4 \mu\text{m}$ $U=2 \mu\text{m}$, $k=2$	量块: 4 等	江苏中宁计量科技有限公司	2021.8.6	√
质量部	压力表	20210606894	(0-16) MPa	$U=0.8\%\text{FS}$, $k=2$	数字压力计: 0.05 级	江苏中宁计量科技有限公司	2021.8.6	√
制造中心	喷嘴	1	Φ1	0.2 级	pVTt 法气体流量国家基准: $U=0.5\%\text{FS}$, $k=2$	中国计量科学研究院	2020.3.9 有效期至 2025.3.8	√
质量部	手持式光谱仪	C002656	XL2800	$U=0.072\%$, $k=2$	标物(中低合金钢光谱分析)/150443 等: 一级	江苏省计量科学研究院	2021.8.20	√
制造中心	压力变送器	202009186	S3000	0.1 级	气体活塞式压力计: $\pm 0.0035\%$ 多功能过程校验仪: 压力 0.02 级	江苏省计量科学研究院	2021.4.7	√
质量部	砝码	01~120	25kg	M1 等级	砝码: F2 等级	南京市计量监督检测院	2021.6.29	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，建立了 1 项最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源，并全部委托中国计量科学研究院、江苏中宁计量科技有限公司、江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院等机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的测量设备检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 03 月 30 日上午~2022 年 03 月 31 日下午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 丁晓银