



编号: 0264-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	西尼尔(南京)过程控制有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 丁晓银	
不符合事实描述: 查质量部, 未提供出对测量设备的供方“北京吉泰科仪检测设备有限公司”的评价资料, 经确认未进行评价。 不符合认证审核准则条款号: 6.4 外部供方 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>丁晓银</u> 企业部门代表(签名) <u>丁晓银</u> 日期: 2022 年 03 月 31 日			
纠正措施: 立即对测量设备的供方“北京吉泰科仪检测设备有限公司”进行供方评价, 并检查其他的供方若存在同类问题, 全面整改。 企业部门代表签名: <u>丁晓银</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 03 月 31 日			

可另附页